NÁVOD NA POUŽITIE

Transportná toaletná stolička
Kód produktu: FS 692

1. Vlastnosti

Transportná toaletná stolička je vyrobená z oceľového rámu s práškovým nástrekom. Odsúvateľné podrúčky uľahčujú presun pacientov so značne zníženou pohyblivosťou. Stolička je vybavená mäkkým sedadlom potiahnutým vodeodolným, ľahko čistiteľným materiálom, štyrmi otočnými kolieskami s brzdami, odklopnými opierkami nôh a WC nádobou. Vďaka špeciálnej konštrukcii možno stoličku umiestniť priamo nad toaletu pre pohodlné používanie.

Súprava obsahuje: rám, sedadlo, operadlo, opierky nôh, bezpečnostný pás, WC nádobu s vekom, montážny kľúč na opierku nôh.

Prvky toaletnej stoličky:

- **A.** Zaisťovacie klipsy rámu
- **B.** Sedadlo
- **C.** Podrúčka
- **D.** Zaisťovací kolík
- **E.** Opierka nôh
- **F.** Montážny kolík opierky nôh
- **G.** Brzda kolieska
- **H.** WC nádoba



2. Použitie

Transportná toaletná stolička je určená pre osoby, ktoré majú problémy s pohybom bez pomoci, a pre pacientov s dysfunkciami alebo zníženou pohyblivosťou. Stolička je vhodná len na používanie v interiéri a môže sa používať iba s pomocou sprievodnej osoby. Stolička funguje ako transportno-toaletná stolička vďaka nádobe pod sedadlom a štyrom otočným kolieskam. Uľahčuje každodennú hygienu používateľa. Stolička je obzvlášť odporúčaná osobám s problémami pohyblivosti spôsobenými:

- paralýzou,

- nadváhou alebo abnormálnou podváhou,
- degeneratívnymi zmenami alebo deformitami končatín,
- degeneratívnymi zmenami alebo poraneniami kĺbov,
- poraneniami alebo amputáciami končatín,
- ochoreniami srdca a ciev, poruchami krvného obehu.

3. Montáž

Krok 1. Odstráňte zaisťovacie klipsy na zadnom ráme.
Krok 2. Zasuňte rúrky operadla do otvorov hlavného rámu a zaistite ich klipsami.
Krok 3. Namontujte podrúčky do prednej časti rámu, až kým nebudete počuť cvaknutie.
Krok 4. Namontujte pravú a ľavú opierku nôh do prednej časti rámu tak, že ich nasadíte na dva kolíky a otočíte dovnútra, až kým sa nezaisťujú.
Krok 5. Pripojte a nastavte bezpečnostný pás na opierkach nôh.
Krok 6. Zasuňte WC nádobu (bez veka) zozadu do koľajničiek pod sedadlom.
Krok 7. Skontrolujte, či je stolička správne zmontovaná a či nechýbajú žiadne časti.
Stolička je pripravená na použitie.

MANIPULÁCIA SO STOLIČKOU

- Skontrolujte stav bŕzd, rámu a koliesok. Skontrolujte aj všetky namontované časti a ich nastavenia.
- Pred použitím sa uistite, že šírka stoličky (45 cm) je vhodná pre používateľa, pretože šírka nie je nastaviteľná.
- Stolička je určená iba na krátkodobé používanie v interiéri. Nie je vybavená odpružením, preto sa dlhodobé používanie neodporúča.

Poznámka! Nepoužívajte stoličku, ak zistíte akékoľvek vady alebo nezrovnalosti.

FUNKCIA ODKLOPNÝCH PODRÚČOK

- Stlačte zaisťovací kolík a podrúčku zdvihnite nahor.
- Na zatvorenie podrúčku sklopte nadol, až kým nebudete počuť cvaknutie kolíka.
- Nepoužívajte podrúčky ako oporu pri vstávaní. V prípade potreby požiadajte tretiu osobu o pomoc.

BRZDY

- Na zablokovanie koliesok stlačte pedále pravej a ľavej brzdy nohou.
- Na uvoľnenie koliesok potiahnite pedále smerom nahor nohou.

OPIERKY NÔH

- Nášľapné plochy musia byť vo zvislej polohe pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stoličky.
- **Nepoužívajte nášľapné plochy ako oporu pri nastupovaní alebo vystupovaní, hrozí prevrátenie stoličky a pád.**

NASTUPOVANIE DO STOLIČKY

- Pri nastupovaní alebo vystupovaní, zmene polohy používateľa alebo zastavení musia byť kolieska zabrzdené.
- Stoličku treba umiestniť čo najbližšie k miestu presunu. Mala by sa dotýkať postele alebo iného sedadla. Ak sa používateľ nedokáže presunúť samostatne, opatrovateľ alebo tretia osoba ho musí premiestniť do stoličky.
- Používateľ by mal sedieť čo najhlbšie v strede sedadla, aby sa zabránilo nestabilite stoličky.

4. Technické údaje

Celková šírka	55 cm
Vnútorná šírka	45 cm
Celková hĺbka	87 cm
Výška sedadla od zeme	53 cm
Celková výška	95 cm
Rozmery sedadla	44 x 44 cm
Hmotnosť	10,60 kg
Maximálna nosnosť	100 kg
Šírka po zložení	55 cm
Farba rámu	biela

5. Poznámky

Spoločnosť Timago International Group nenesie zodpovednosť za nesprávne používanie výrobku, nedodržanie bezpečnostných predpisov alebo zneužitie.

6. Čistenie a údržba

Pravidelne vykonávajte údržbu komponentov stoličky:

- Čalúnenie a vankúš možno čistiť vlhkou (nie mokrou) handričkou a studenou alebo teplou vodou bez použitia čistiacich prostriedkov. Odolné škvrny možno vyčistiť hubkou. Čalúnenie príliš nemáčajte. Sušte mimo zdrojov tepla.
- Plastové časti treba čistiť vlhkou handričkou, prípadne s použitím vhodných čistiacich prostriedkov na plasty. V takom prípade dodržiavajte pokyny výrobcu a bezpečnostné opatrenia.
- Po každom použití vyprázdnite a dezinfikujte WC nádobu a sedadlo. Používajte čistiace prostriedky podľa odporúčaní výrobcu.

7. Podmienky skladovania a prepravy

Výrobok nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu, vode ani vlhkosti.

8. Informácie o záruke

Všetky výrobky distribuované našou spoločnosťou sú kryté zárukou, ktorej podmienky sú popísané v záručnom liste dostupnom na našej webovej stránke. Prosím, kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Pamätajte, že pre účely záruky je potrebné uchovať doklad o kúpe (pokladničný blok alebo faktúru).

9. Označenia

REF	Referenčné číslo		Výrobca
LOT	Číslo šarže	UDI	UDI kód
SN	Sériové číslo	MD	Zdravotnícke zariadenie
	Poznámka		Prosím, prečítajte si návod
CE	Výrobca overil zhodu s podstatnými požiadavkami na zdravotnícke zariadenia.		

Naša kompletná ponuka produktov je dostupná u našich distribútorov. Viac informácií nájdete na: **www.timago.com**. Ďakujeme, že ste si vybrali Timago!