
NÁVOD NA POUŽITIE
Poręcz pri lôžku
Kód produktu: GripTim

1. Vyhotovenie

Postelová madla sú vyrobené z odolnej práškovo lakovanej ocele. Majú nastaviteľnú výšku nôh a penovú rukoväť, upevňovací pás na posteľ a malú tašku.

Súprava obsahuje: stredné časti rámu (2 ks), spodný rám s popruhom, nožičky s nástavcami (2 ks), tašku, spojku stredného rámu, poistný klip (2 ks), horný rám s úchytom.



Prvky madla:

- **A.** Stredné časti rámu s nastavením výšky
- **B.** Spodná rám s upevňovacím upevňovacím
- **C.** Nohy s gumovými koncovkami
- **D.** Taška
- **E.** Spojka stredného rámu
- **F.** Zaisťovací klip na nastavenie výšky rukoväte
- **G.** Horný rám s penovým úchytom

2. Použitie

Poręcz przyłóżkowa je určená na použitie pri lôžku pacienta, kde poskytuje oporu pri vstávaní alebo pri zmene polohy z ležacej do sediacej. Odporúča sa osobám so zníženou pohyblivosťou, ktorá znemožňuje alebo

sťažuje samostatné vykonávanie bežných denných činností. Madlo je určené na použitie ako pri starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, tak aj v domácom prostredí.

3. Montáž


Krok 1. Spojte časti stredného rámu (A) so spojovacím prvkom (E) pomocou poistných čapov.

Krok 2. Spojte spodný rám (B) so stredným rámom (A) pomocou poistných čapov.

Krok 3. Namontujte nožičky (C) tak, že ich zasuniete do spodných montážnych otvorov stredného rámu (A) a nastavte požadovanú výšku. Následne ich zaistite pomocou poistných čapov. Uistite sa, že obe nožičky sú nastavené na rovnakú výšku.

Krok 4. Namontujte horný rám (G) do horných montážnych otvorov stredného rámu (A) a nastavte správnu výšku. Následne zaistite pomocou poistných spôn. Uistite sa, že obe rúrky hornej rámovej konštrukcie sú nastavené na rovnakú výšku.

Krok 5. Namontujte madlo pomocou upevňovacieho pásu na rám postele (obrázok 1).



Krok 6. Uistite sa, že obe nožičky sa dotýkajú podlahy. Ak nie, nastavte výšku nožičiek pomocou poistných kolíkov.

Krok 7. Pripevnite tašku pod držadlom na hornom ráme (G) pomocou spôn.

NASTAVENIE VÝŠKY DRŽIAKA A NOŽIEK

- Na nastavenie výšky držadla je potrebné vytiahnuť poistný klip, zvoliť požadovanú výšku a následne polohu zaistiť. Držadlo musí byť na oboch stranách nastavené na rovnakú úroveň.
- Na nastavenie výšky nožičiek stlačte poistný kolík, vyberte požadovanú výšku nožičiek a následne polohu zaistite kolíkom. Obidve nožičky musia byť nastavené na rovnakú úroveň.

4. Technická špecifikácia

Celkové nastavenie výšky	89,5–112 cm
Celková šírka	37 cm
Celková hĺbka	74 cm
Nastavenie výšky držadla*	52–60 cm
Dĺžka popruhu	192 cm
Výška spodného rámu od podlahy	30–55 cm
Max. zaťaženie	136 kg

**merané od spodného rámu po držadlo*

5. Poznámky a odporúčania

Spoločnosť Timago International Group nenesie zodpovednosť za nesprávne používanie výrobku, nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel a používanie v rozpore s určením.

6. Údržba

Rám a tašku je potrebné pravidelne čistiť pomocou navlhčenej handričky bez použitia čistiacich prostriedkov. Pred použitím dôkladne vysušte. Ťažko odstrániteľné škvrny na taške je možné vyčistiť pomocou špongie.

7. Podmienky skladovania a prepravy

Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vode a vlhkosti. Nechajte ho vyschnúť.

8. Informácie o záruke

Na všetky výrobky distribuované našou spoločnosťou sa vzťahuje záruka, ktorej podmienky sú uvedené v záručnom liste dostupnom na našej webovej stránke. Kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Nezabudnite, že na účely uplatnenia záruky je potrebné uchovať doklad o kúpe (účtenku alebo faktúru).

9. Označenia

REF	Referenčné číslo		Výrobca
LOT	Sériové číslo		Dátum výroby
SN	Sériové číslo	MD	Zdravotnícky výrobok
	Upozornenie		Prečítajte si návod
CE	Výrobca vykonal posúdenie zhody so základnými požiadavkami na zdravotnícke pomôcky.		

Celú ponuku nájdete u našich distribútorov. Viac informácií nájdete na stránke **www.timago.com.** Ďakujeme, že ste si vybrali Timago!



Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poľsko

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

03/2025 (I)